



Stoffwechsellentgleisung (Ketoazidose)

bei Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen
 oder unklarem BZ/SZ über 250 mg/dl

BZ Kontrolle, Keton testen im Blut/Hilfe holen

Ketonwerte: 0 - 0,5 mmol/l Setwechsel, Pennadelwechsel alle 2 Std Korrektur, viel trinken	Ketonwerte: 0,6 - 1,5 mmol/l Reservoir + Setwechsel Pennadelwechsel sofort Korrektur, viel trinken	Ketonwerte: über 1,5 mmol/l Reservoir + Setwechsel Pennadel + Patronenwechsel SOFORT DOPPELTE KORREKTUR, viel trinken
--	---	--

BZ- Kontrolle (BZ blutig, kein Sensorzucker!)	nach 1 Stunde
Ketonwert-Kontrolle	nach 2 Stunden

Sollten sich die Werte nicht normalisieren und/oder Erbrechen, Bewusstseinsveränderung, angestrenzte Atmung dazukommen:
 >> sofort Rücksprache mit dem nächsten Krankenhaus, ggf. Notarzt rufen.

Sollten sich die Werte nach der ersten Korrektur nicht normalisiert haben, bitte alle Systeme (Pumpe oder Pen) überprüfen oder austauschen.

Dierenga / Dr. Liebner 03/2021